

# Maintenant avec un cylindre de -2,75

## Lentilles cornéennes de marque ACUVUE<sup>MD</sup> OASYS<sup>MD</sup> pour l'ASTIGMATISME

PLUS DE PARAMÈTRES POUR AIDER PLUS DE PATIENTS

Paramètres de la marque ACUVUE <sup>MD</sup> OASYS <sup>MD</sup> pour l'ASTIGMATISME															
Puissances sphériques	Base					Très concaves					Convergentes				
	Plano à -6,00 D (par étapes de 0,25 D)					-6,50 D à -9,00 D (par étapes de 0,50 D)					+0,25 D à +6,00 D (par étapes de 0,25 D)				
Axes/cylindres	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75
10°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
110°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
130°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
180°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Paramètres des lentilles sphériques de marque ACUVUE<sup>MD</sup> OASYS<sup>MD</sup> : +8,00 D à -12,00 D

✓ Paramètres actuels - ACUVUE<sup>MD</sup> OASYS<sup>MD</sup> pour l'ASTIGMATISME

✓ Nouveaux paramètres - ACUVUE<sup>MD</sup> OASYS<sup>MD</sup> pour l'ASTIGMATISME

Les lentilles cornéennes de marque ACUVUE<sup>MD</sup> sont recommandées pour corriger la vision. Comme c'est le cas avec tout type de lentilles cornéennes, des problèmes oculaires peuvent se développer, y compris des ulcères cornéens. Certains porteurs peuvent ressentir une légère irritation, une démangeaison ou un inconfort. Les lentilles ne devraient pas être prescrites en cas d'infection ou d'inconfort oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs ou d'autres problèmes oculaires. Consultez la notice du produit pour obtenir plus d'information. Vous pouvez également communiquer avec les Soins de la vision Johnson & Johnson, division de Johnson & Johnson, Inc., en composant le 1-800-667-5099 ou en visitant [www.acuvueprofessionnel.ca](http://www.acuvueprofessionnel.ca).

ACUVUE<sup>MD</sup> et ACUVUE<sup>MD</sup> OASYS<sup>MD</sup> sont des marques de commerce de Johnson & Johnson, Inc.

© Johnson & Johnson, Inc. 2014 Septembre 2014 AOFA-10-14-05-CF